

по результатам участия лаборатории в межлабораторных сравнительных испытаниях в 2019 году по определению показателей качества и/или безопасности раунд МСИ: «Яйцо куриное»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Регистрационный номер № RA.RU.21AЮ13 от 09.02.2015 г.

Наименование организатора: Автономная некоммерческая организация «Российская система качества» (Роскачество) 115184 г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д. 12.

Наименование лаборатории, адрес: **Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Самарской области" (ФБУ "Самарский ЦСМ"), Испытательная лаборатория пищевой и сельскохозяйственной продукции, 443084, г. Самара, ул. Воронежская, 202**

Кодовый номер лаборатории: 01 Образец для проведения МСИ: ПП-005

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	НД на метод испытаний	Приписанное значение, X	Стандартное отклонение, σ	Результат испытаний	Значение z-индекса	Оценка результатов испытаний
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	масса одного яйца	г	ГОСТ 31654-2012, п. 7.3	61,2	0,715	-	-	-
2	pH желтка	ед. pH	ГОСТ 31469-2012, п.14	6,52	0,203	6,46	-0,3	удовлетворительно
3	pH белка	ед. pH	ГОСТ 31469-2012, п.14	9,19	0,202	9,04	-0,7	удовлетворительно

Качество результатов измерений оценено в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 и ГОСТ Р 50779.60-2017 путем сравнения значения с установленным нормативом контроля:

- при $|Z| \leq 2$ – результаты измерений признаны удовлетворительными и не требующими выполнения предупреждающих действий;
- при $2 < |Z| \leq 3$ – результаты измерений признаны приемлемыми и требующими выполнения предупреждающих действий («сигнал предупреждения»);
- при $|Z| > 3$ – результаты измерений признаны неудовлетворительными и требующими выполнения корректирующих действий («сигнал действий»).

Руководитель Провайдера МСИ

Л.С. Викулова

Координатор Провайдера МСИ

Л.В. Грядицкая

