



ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,
ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РАБОТЫ И(ИЛИ) ОКАЗЫВАЮЩИЙ УСЛУГИ В
ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ"**

наименование

RA.RU.311281

Номер в реестре аккредитованных лиц

**1. 443013, РОССИЯ, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской
район Железнодорожный, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д.134.**

адреса мест осуществления деятельности

**2. 443070, РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул.
Аэродромная, д. 45.**

адреса мест осуществления деятельности

На соответствие требованиям

102-ФЗ Об обеспечении единства измерений. 102-ФЗ

наименование и реквизиты межгосударственного или национального стандарта

443013, РОССИЯ, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской район Железнодорожный, г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д.134.

адреса мест осуществления деятельности

N п/п	Измерения	Испытываемые средства измерений	Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик		Примечание
			Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность	
5. Испытания средств измерений в целях утверждения типа					
5.1.	Измерения геометрических величин;	Меры, комплекты мер эквивалентной ультразвуковой толщины;	(4500-6500) м/с (0,5 – 300) мм;	Погрешность: ПГ ± 1,05 % ПГ ± 0,3 % ПГ ± 0,15 % ПГ ± 1 мкм;	Для мер толщиной от 0,5 до 5,0 мм вкл. Для мер толщиной от 5 до 50 мм вкл. Для мер толщиной от 50 до 300 мм вкл. Толщина меры;

N п/п	Измерения	Испытываемые средства измерений	Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик		Примечание
			Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность	
5. Испытания средств измерений в целях утверждения типа					
5.1.	Измерения геометрических величин;	Дальномеры;	(0 – 30) м (30 – 50) м;	Погрешность: ПГ ± 1 мм ПГ ± 2 мм;	-
5.2.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Счетчики, расходомеры, преобразователи объемного расхода жидкости;	(1000 – 50 000) м³/ч;	Погрешность: ПГ ± 1 %;	Имитационный метод;
5.3.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Счетчики, расходомеры, преобразователи массового расхода жидкости, расходомеры массовые, счетчики-расходомеры массовые кориолисовые;	[(-75) – 300] °C (700– 1000) кг/м³;	Погрешность: ПГ ± 0,5 °C ПГ ± 0,5 кг/м³;	-
5.4.	Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ;	Уровнемеры, датчики уровня;	(30 – 50) м;	Погрешность: ПГ ± 2 мм;	-

N п/п	Измерения	Испытываемые средства измерений	Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик		Примечание
			Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность	
5.5.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Калибраторы давления;	(60 – 250) МПа;	Погрешность: ПГ $\pm 0,02$ %;	-
5.6.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Преобразователи избыточного давления, датчики давления;	(60 – 250) МПа;	Погрешность: ПГ $\pm 0,02$ %;	-
5.7.	Измерения давления, вакуумные измерения;	Манометры, в том числе манометры цифровые;	(60 – 250) МПа;	Погрешность: ПГ $\pm 0,02$ %;	-
5.8.	Измерения физико-химического состава и свойств веществ;	Термогигрометры, измерители влажности и температуры, датчики влажности и температуры, гигрометры, датчики влажности;	(0 – 98) % (98 – 100) %;	Погрешность: ПГ ± 1 % ПГ ± 3 %;	-
5.9.	Теплофизические и температурные измерения;	Термогигрометры, измерители влажности и температуры, датчики влажности и температуры;	$[(-70) - 180]$ °C;	Погрешность: ПГ $\pm 0,2$ °C;	-
5.10.	Теплофизические и температурные измерения;	Преобразователи, датчики температуры;	$[(-80) - (-10)]$ °C $[(-10) - 10]$ °C (10 - 660) °C	Погрешность: ПГ $\pm 0,2$ °C ПГ $\pm 0,02$ °C ПГ $\pm 1,00$ °C	-

N п/п	Измерения	Испытываемые средства измерений	Обеспечиваемые предельные значения метрологических характеристик		Примечание
			Диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность	
			(660 - 1085) °C (1085 - 1200) °C;	ПГ ± 2,5 °C ПГ ± 10 °C;	
5.11.	Элементы измерительных систем (ИС);	Информационно-измерительные системы (ИИС), измерительные каналы ИИС, измерительные комплексы, элементы ИИС;	(60 – 250) МПа;	Погрешность: ПГ ± 0,02 %;	-

Заместитель директора

должность уполномоченного лица

Подписано электронной подписью

подпись уполномоченного лица

А.А. Бодягин

инициалы, фамилия уполномоченного лица