

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ
им. Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА»
(ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»)

1190005, Россия, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19, тел.: +7 (812) 251-76-01, факс: +7 (812) 713-01-14
info@vniim.ru, www.vniim.ru



ВНИИМ
им. Д. И. Менделеева

СВИДЕТЕЛЬСТВО
CERTIFICATE



Аналитика
ААС.РТР.00295

Апрель 2021 г

**ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ В МЕЖЛАБОРАТОРНОМ СЛИЧЕНИИ
№ МГ-231/01-20-ВНИИМ «Манометры грузопоршневые»**

Провайдер проверки квалификации: ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»
Аттестат аккредитации №ААС.РТР.00295.
Орган по аккредитации: Ассоциация аналитических центров «Аналитика»,
Полноправный член и участник соглашений о взаимном признании ИЛАС и
АРАС

Наименование лаборатории: ФБУ «Самарский ЦСМ»

Аттестат аккредитации: RA.RU.311429

Месторасположение: 443013 г. Самара, пр. Карла Маркса, д. 134

Лаборатория приняла участие в межлабораторном сличении с целью проверки квалификации лаборатории в области измерений избыточного давления.

Результаты участия лаборатории приведены в заключении
(см. обратную сторону свидетельства).

Приложение: метрологический отчет (номер лаборатории в отчете - 03).

Заместитель генерального директора
ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»



Ю.А. Кустиков


серия П № 000410

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам участия лаборатории в межлабораторных сравнительных испытаниях МГ-231/01-20-ВНИИМ «Манометры грузопоршневые».

№ n/n	Контролируемый показатель	Приписанное значение, X_{pt}	Результат измерений участника, X_i	Значение Еп-индекса	Оценка качества измерений в лаборатории
1.	Приведенная площадь поршня (ОК № 1103) Расширенная неопределенность при $k=2$	0,4999566 см ² 0,0000184	0,499952 см ² 0,000058	-0,15	удовлетв.
2.	Приведенная площадь поршня (ОК № 1104) Расширенная неопределенность при $k=2$	0,4996215 см ² 0,0000185	0,499620 см ² 0,000058	-0,07	удовлетв.

Координатор МСИ
(812)323-96-53, L.V.Osipova@vniim.ru


Л.В. Осипова

Руководитель НИО государственных
эталонов в области измерений давления


Р.А. Тетерук

Ответственный исполнитель:
Инженер 2 категории НИО государственных
эталонов в области измерений давления


А.И. Анцукова